

平成24年9月吉日

お客様 各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ダイアグノスティックシステム事業部
POC グループ

インフルエンザウイルスキット『BD ベリター™ システム Flu』
有効期間変更並びに検体種追加のお知らせ

拝啓 錦秋の候、お客様におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品インフルエンザウイルスキット『BD ベリター™ システム Flu』の仕様を下記のとおり変更いたしますのでお知らせ申し上げます。有効期間が8ヶ月から15ヶ月へ延長され、検体種については鼻腔ぬぐい液に加えて、新たに鼻腔吸引液と咽頭ぬぐい液が追加されることとなります。

今後とも、インフルエンザウイルスキット『BD ベリター™ システム Flu』をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

*切替時期：平成24年10月初旬頃

体外診断用医薬品 製造販売承認番号：22400AMX00064000

	製品名	『BD ベリター™ システム Flu』 (30テスト)
	カタログ番号	256052
	有効期間	15ヶ月*
	検体種	鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液 [※] 、咽頭ぬぐい液 [※]
	変更開始ロット番号	2258113
	希望小売価格	30,000円(税込31,500円)
	製造販売元	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

※今回の仕様変更において変更された箇所。入り数、価格等に変更はありません。

- 上記価格はあくまでも参考情報として該当製品に統一的に設定している当社の希望小売価格です。販売代理店からの販売価格は各販売代理店が自主的に決定されております。お見積りは販売代理店にお問い合わせください。
- 上記価格は平成24年9月現在のものです。上記価格は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

以上

- ◆製品関連・資料請求のお問い合わせ
カスタマーサービス TEL：0120-8555-90
- ◆製品情報：POCT ホームページ <http://www.bd.com/jp/poct/>